



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22710 21057
ΦΑΞ: 22710 26665

Χίος 14-07-2017
Αρ. Πρωτ: 2913 (14/07/2017)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ φορέων
μεταφοράς ασθενών και ιατρικών εξεταστικών κρεβατιών.**

ΠΡΟΣ :ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α)
- 3) Την αναγκαιότητα για την προμήθεια 15 (δεκαπέντε) φορέων μεταφοράς ασθενών και 15 (δεκαπέντε) ιατρικών εξεταστικών κρεβατιών στις δομές του, η δε δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 5.500,00 € με ΦΠΑ .
- 4) Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Δ. Χίου έτους 2017 και στον **Κ.Α. 15-7135** όπου έχει δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την **Π.Α.Υ. 277 / 2017**.
- 5) Την αριθμ. **91/2017** απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού **5.500,00 €** με ΦΠΑ

Η υπηρεσία του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης – Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Δ. Χίου σας καλεί να καταθέσετε προσφορά για την παραπάνω προμήθεια .

- Η παράδοση και εγκατάσταση, θα γίνει μετά από υπόδειξη στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Χίου.
- Η τιμή να αφορά ξεχωριστά την καθαρή αξία από το Φ.Π.Α.
- Για οποιαδήποτε πληροφορία στον Κο Λίναρη Σταμάτη 2271080200 εσωτερικό 2.
- Εκτός από την τιμή, θα αξιολογηθεί η εγγύηση, η αξιοπιστία και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Χρόνος παράδοσης προσφορών έως Τρίτη 18-07-2017 και ώρα 15:00.

- Παράδοση προσφορών εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο διοίκησης στο κλειστό γήπεδο Χίου Μιχάλων 7, ή στο φαξ 2271026665 ή στο mail : promithies_np@chios.gov.gr .
- Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές φορείων : πτυσσόμενο κατά μήκος, σκελετός αλουμινίου, μεταλλικός μηχανισμός, όσο το δυνατόν ελαφρύτερο για εύκολη μεταφορά και με κρεβάτι από πλαστικό υψηλής αντοχής για να μην σκίζετε εύκολα.
- Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές κρεβατιών : Χρώμα λευκό, υλικό δερματίνη ή δέρμα,, με ανάκληση πλάτης, αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 130 κιλών, διαστάσεων τουλάχιστον 175cm *65cm *70cm, με στιβαρό σκελετό αντοχής με ενδιάμεσο σίδηρο, με χειροκίνητο μηχανισμό σκαλιέρας τύπου Π,

Ο Προϊστάμενος του Ν.Π.
ΛΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ